



Onnittelut Microlife-tuotteen ostosta

Valmistaja suosittelee laitteen kalibrointia joka toinen vuosi. Kalibrointi ei sisälly takuuseen*.

Lähetä tuote kalibrointiin seuraavasti:

1. Täytä alla olevat asiakastiedot.
2. Pakkaa tuote huolellisesti. Suosittelemme lähetykselaatikoksi Postin laatikkoa 3 (10 x 15 x 25 cm).
Huom! Lähettäjä vastaa lähetyksen kuluista ja lähetyksestä.
3. Lisää tämä asiakirja lähetyksen mukaan asiakastiedot täytettynä.
4. Lähetä paketti osoitteella:
Osoitteessa ei asiakaspalvelua vaan ainoastaan lähetysten vastaanotto.
Medidyne Oy
Huolto
Äyritie 8 E
01510 Vantaa
5. Medidyne tarkistaa ja kalibroi tuotteen. Jos havaitsemme tuotteessa virheen, otamme sinuun yhteyttä.
6. Medidyne palauttaa tuotteen postiennakolla palautusosoitetta lähimpään Postiin tai pakettiautomaattiin.
Saat saapumisilmoituksen tekstiviestillä, kun lähetys on valmis noudettavaksi.
7. Palautuslähetyksen luovutetaan Postissa tai pakettiautomaatilla kalibroinnin maksua vastaan.
Hinta 35 € (sis. alv 24 % ja palautuksen postiennakkokulut).

*Takuuaika löytyy käyttöohjeesta

Asiakastiedot (palautusosoite)

Nimi: _____

Osoite: _____

Puhelin: _____

Sähköposti: _____

